

# 修理依頼書

平素はニューセルフ治療器のご愛用有り難うございます、アフターサービスの向上に努めるためお手数ですが修理内容を下記の□にチェックをお願い致します。

お名前 \_\_\_\_\_

ご住所 \_\_\_\_\_

お電話 \_\_\_\_\_

修理見積もりが必要       修理見積もり不要

- 発振灯ランプが点かない。
- 発振灯ランプが点滅する。
- 発振灯ランプが時々点かない時がある。
- 発振灯ランプが暗くなる時がある。
- 入電灯ランプが点かない。
- 全部のランプが点かない。
  
- XB型の場合出力調整のランプが点かない。
- XB型の場合出力調整のランプが点かない場合がある。
  
- 電極の線を動かすと発振灯ランプが点いたり消えたりする。
- 電極を押さえると発振灯ランプが暗くなる。
- 電極が異常に熱くなる。
- 電極が温かにならない。
  
- タイムスイッチが途中で動かなくなる。
- タイムスイッチが時々切れない事がある。
- タイムスイッチが遅れる。
  
- 検波器が点かない。(テスト用部品)
- 悪い部品は交換し修理は完全に修理する。

有り難うございました、係の者が大変助かります。

その他